Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della fornitura di sistemi portatili di diagnostica per immagini - CUP D19D13000470001 - LOTTO N. 1: CIG 6965491901 - LOTTO N. 2: CIG 6965500071

Quesito 1

Domanda di partecipazione – Punto 2 - dichiarazione direttori tecnici: è necessaria anche per una SRL?

Chiarimento 1

Se una srl dispone di un direttore tecnico deve indicarne i dati (cfr. Modello A) nonché i requisiti a norma dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (cfr. Modello B).

Quesito 2

Domanda di partecipazione - Punto 14 – basta indicare l'attività per la quale si chiede il subappalto o bisogna indicare anche la terna dei subappaltatori? E se bisogna indicarla quali documenti vanno presentati?

Chiarimento 2

E' sufficiente indicare l'attività che si intende subappaltare e non è necessario precisare la terna dei subappaltatori.

Quesito 3

L'art.7 del Regolamento tecnico parla di campionatura, per campionatura si intende" prova pratica?" e in caso affermativo quali sono le eventuali modalità di esecuzione?

Chiarimento 3

L'art. 7 del capitolato speciale di appalto:campionatura, lascia alla commissione giudicatrice la facoltà di richiedere in visione dimostrativa il sistema offerto per entrambi i lotti.

Quesito 4

In riferimento all'allegato "elaborato_gara_1" – Art. 8 Criteri di Aggiudicazione pag.8", Tabella A punto XVII vieni indicata una potenza almeno di 3kW; in "regolamento tecnico 1" _schede tecniche pag.8 viene indicata una potenza di almeno 5kW. La potenza minima da considerare è di 3kW o di 5kW?

Chiarimento 4

Si conferma che la potenza minima da considerare è 3kW come indicato nel disciplinare art.8 tab. A.

Quesito 5

La tensione massima da considerare è pari a 100kV o 110kV?

Chiarimento 5

Si conferma che i kV massimi devono essere non inferiori a 100kV come indicato nel Disciplinare- Art.8 – Tabella A – punto XVIII

Quesito 6

In "Regolamento Tecnico 1" schede tecniche, pag.8 è indicato "Possibilità di rapida sostituzione della batteria senza ripetere la procedura di riavvio del detettore". Questa affermazione è pressoché impossibile in quanto nessun pannello detettore Wireless permette di sostituire la batteria senza dover spegnere e riaccendere il detettore. Apparecchiatura e software, al contrario, possono rimanere accesi durante questa operazione. E' possibile avere chiarimenti in merito alla sopraccitata affermazione?

Chiarimento 6

Si conferma che la sostituzione della batteria deve avvenire con rapida procedura di riavvio del detettore.

Quesito 7

Al Punto XIII di "Elaborato gara 1" art.8 criteri di Aggiudicazione pag.8. E' indicata la necessità di consolle di tipo palmare; al punto XXV del medesimo documento viene indicata la necessità di monitor da 19". Per i sistemi in questione è da considerare il palmare tipo tablet o il monitor 19"?

La scelta di una o l'altra soluzione impedisce il buon funzionamento nel caso di PC medicale da 19" del sistema domiciliare, nel caso di utilizzo di tablet del portatile da sala.

Chiarimento 7

Trattasi di richieste distinte:

- consolle preferibilmente di tipo palmare da utilizzare per acquisizione e visualizzazione esami domiciliari .
- monitor a corredo della postazione computer fisso in sala radiologica

Quesito 8

E' prevista una sessione di presentazione dell'apparecchiatura offerta per una valutazione tecnica prima dell'aggiudicazione?

Chiarimento 8

Vedere Capitolato Speciale di Appalto art.7-Campionatura dove si intende che la commissione giudicatrice si riserva la facoltà di richiedere in visione dimostrativa il sistema offerto per entrambi lotti.

Quesito 9

Circa la potenza apparecchio: nella tabella del Disciplinare è richiesta non inferiore 3kW mentre nella scheda tecnica del capitolato speciale di appalto è riportato potenza di almeno 5kW qual è la richiesta reale?

Chiarimento 9

Si conferma che la potenza minima da considerare è 3kW come indicato nel disciplinare art.8 tab. A.

Quesito n. 10

In riferimento alla procedura di gara in oggetto, ed in particolare al Lotto n.2 - Fornitura di 1 Ecocolor Doppler portatile, si chiede di confermare la possibilità di offrire un'apparecchiatura con caratteristiche tecniche equivalenti a quelle richieste nella Vostra scheda tecnica (pagina 9 del Regolamento Tecnico), ai sensi dell'art. 68 c.6 del D. Lgs 50/2016.

Chiarimento n. 10

Si conferma la possibilità di offrire, per il lotto n. 2, un'apparecchiatura con caratteristiche tecniche equivalenti a quelle richieste nella scheda tecnica (pagina 9 del Regolamento Tecnico), ai sensi dell'art. 68 c.6 del D. Lgs 50/2016.

Quesito n. 11

L'art. 15 PENALI, del citato documento prevede che: "qualora la fornitura non venga effettuata, per fatti non imputabili a questa Amministrazione e non dovuti a forza maggiore, entro il periodo contrattuale, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo la penale è fissata all'1 per mille del prezzo di aggiudicazione". "Relativamente alla manutenzione su chiamata, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al tempo massimo ammissibile di rimessa in esercizio completo e regolare dell'apparecchiatura, sarà applicata una penale dell'1 per mille del prezzo di aggiudicazione al giorno, fatti salvi maggiori danni". Le citate previsioni paiono coerenti con le quote di norma applicate in appalti analoghi e con le norme del codice civile applicabili in materia. A tale proposito, però per la valutazione della congruità di quanto previsto non può non rilevare il riferimento rappresentato dalla previgente normativa sugli appalti pubblici che limitava le penali alla "misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento" (art. 145 del DPR 207/2010). Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si chiede a codesta rispettabile Amministrazione di riconsiderare le penali complessive di cui all'art.15 del Capitolato Speciale d'Appalto, con espressa previsione di un limite massimo che non superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale della fornitura ed il 10% della manutenzione su chiamata".

Chiarimento n. 11

Si conferma il contenuto dell'art. 15 del Capitolato

Quesito n. 12

Inoltre si chiede di precisare se è sufficiente presentare una dichiarazione unica per la secretazione eventuale della documentazione presentata, come indicato all'art.2 del Capitolato speciale d'appalto oppure è necessario dichiarare in calce ad ogni documento presentato quali informazioni all'interno dello stesso, sono da secretare, come da Vostro punto n.13 dell'art.11 del disciplinare di gara.

Chiarimento n. 12

E' sufficiente presentare una dichiarazione unica per la secretazione eventuale della documentazione presentata

Quesito n. 13

Chiediamo anche, se in luogo del Vostro allegato B possiamo inserire nella busta amministrativa la nostra dichiarazione ex art. 80 comma 1 lettere a,b,c,d,e,f,g contenente la stessa dichiarazione richiesta nell'allegato B e la dichiarazione ex art. 80 comma 2 e comma 5 lettera l.

Chiarimento n. 13

E' possibile inserire in luogo dell'allegato B nella busta amministrativa la dichiarazione ex art. 80 comma 1 lettere a,b,c, e, f, g contenente la stessa dichiarazione richiesta nell'allegato B e la dichiarazione ex art. 80 comma 2 e comma 5 lettera

Quesito n. 14

Con riferimento ai requisiti minimi richiesti relativamente alle batterie del detettore digitale, si chiede conferma che vogliate accettare soluzioni alternative, tecnologicamente più avanzate che consentano di raggiungere livelli di performance equivalenti o migliori delle tradizionali batterie al litio.

Quesito n. 13

Chiediamo anche, se in luogo del Vostro allegato B possiamo inserire nella busta amministrativa la nostra dichiarazione ex art. 80 comma 1 lettere a,b,c,d,e,f,g contenente la stessa dichiarazione richiesta nell'allegato B e la dichiarazione ex art. 80 comma 2 e comma 5 lettera l.

Chiarimento n. 13

E' possibile inserire in luogo dell'allegato B nella busta amministrativa la dichiarazione ex art. 80 comma 1 lettere a,b,c, e, f, g contenente la stessa dichiarazione richiesta nell'allegato B e la dichiarazione ex art. 80 comma 2 e comma 5 lettera

Quesito n. 14

Con riferimento ai requisiti minimi richiesti relativamente alle batterie del detettore digitale , si chiede conferma che vogliate accettare soluzioni alternative, tecnologicamente più avanzate che consentano di raggiungere livelli di performance equivalenti o migliori delle tradizionali batterie al litio.

Chiarimento n. 14

Si conferma quanto espresso nel capitolato al punto 11 della tabella A, lotto numero 1 "parametri tecnici e prestazioni minime": capacità della batteria in grado di garantire fino a 100 esposizioni e durata della stessa di almeno 3 ore in fase operativa.

Quesito n. 15

Busta A – Documentazione amministrativa.

Con riferimento al "Modello B-Modello C" (dell'art. 80 comma 1 lett. a), b) c.) d) e) f) g) del D.lgs. 50/2016), si chiede la possibilità di inserire autodichiarazioni predisposte dal concorrente, contenenti le medesime informazioni richieste negli allegati.

Chiarimento n. 15

Si conferma che è possibile inserire autodichiarazioni predisposte dal concorrente, contenenti le medesime informazioni richieste negli allegati, con riferimento al Modello B-Modello C.