



**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI FORNITURA IN NOLEGGIO OPERATIVO DI UN TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA 1,5 TESLA PER LA UOC RADIODIOLOGIA DEL P.O. CARDARELLI DI CAMPOBASSO - CIG 7470199B38**

**CHIARIMENTI**

**Quesito n. 1 :**

*Posto che i soggetti cessati dalla carica non sono accertati ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, si chiede di confermare che i dati relativi ai familiari conviventi dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara non debbano essere indicati (Rif. Punto 3 del Modello A).*

**CHIARIMENTO 1**

In proposito il Comunicato del presidente anac del 08/11/2017 ha chiarito che quanto segue:

**“L’ambito soggettivo del motivo di esclusione attinente alla presenza di cause di decadenza, sospensione e divieto derivanti da misure di prevenzione o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 del D.lgs. n. 159/2011** (art. 80, comma 2: *“Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'[articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'[articolo 84, comma 4, del medesimo decreto](#). Resta fermo quanto previsto dagli [articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia”*)

Il correttivo ha integrato il comma 3 dell’articolo in esame stabilendo che l’esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti dei soggetti indicati dalla norma. Il riferimento specifico alla «misura interdittiva» ha colmato la lacuna normativa originaria chiarendo che l’ambito soggettivo di applicazione delle misure interdittive è lo stesso individuato per l’applicazione del comma 1 dell’art. 80”.

Conseguentemente i dati relativi ai familiari conviventi devono essere indicati anche per i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, come richiesto dal Modello A.

**Quesito n. 2 :**

*La possibilità di ricevere i seguenti documenti:*

*-piantine e schemi relativi allo stato di fatto degli impianti elettrici e impianti meccanici a servizio dei locali interessati dalla installazione dei sistemi ;*

*-piantine e sezioni stato di fatto progetto strutturale dei locali interessati dall’installazione dei sistemi, se possibile in formato dwg;*

*-piantine lay out stato di fatto locali interessati dall’installazione dei sistemi (compresi confinamenti magnetici) in formato dwg.*

**CHIARIMENTO 2**

Si trasmette in allegato la documentazione prodotta dall’U.O.C. Tecnico-Manutentiva.

**Quesito n. 3 :**

*In base a quanto indicato in capitolato si richiede conferma riguardo la obbligatorietà di rimuovere per completa sostituzione il confinamento magnetico e la cabina RF (Gabbia di Faraday).*

**CHIARIMENTO 3**

Si conferma l'obbligatorietà di rimuovere per completa sostituzione il confinamento magnetico e la cabina RF (Gabbia di Faraday).

#### **Quesito n. 4 :**

*In riferimento all'art.16 "Pagamenti" del Capitolato Speciale si chiede che vengano modificate le condizioni di fatturazione riportate nello stesso.*

*In fatti in Regime fiscale pagamenti il comma 16, dell'art.48 del D.L. gs 50/2016 prevede che 111 / rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali."*

*Il legislatore ha voluto perciò affermare con decisione che il rapporto associativo di un'A.T.I. non determina nuove posizioni in merito agli obblighi, ed ai conseguenti adempimenti, sia sul piano fiscale che su quello previdenziale. Pertanto per i rapporti fiscali nascenti dal contratto di appalto ogni impresa associata intrattiene i rapporti con la stazione appaltante; similmente stipulerà in proprio i contratti di subappalto cui seguirà la relativa fatturazione tra singolo associato e proprio subappaltatore. Ma soprattutto ciascun associato non potrà emettere fattura, per la parte di lavoro eseguita, nei confronti della capogruppo, ma del soggetto committente. Operando diversamente, e cioè mediante fatturazione pro quota dall'associato alla capogruppo e da questi, per il tutto, al soggetto committente, si presupporrebbe un rapporto di subappalto e non quello associativo.*

*Pur non ravvisando intale prassi un comportamento elusivo nei confronti del fisco, si tratta di una prassi non condivisibile. Il presupposto impositivo perché possa essere emessa una fattura è la prestazione lavorativa che l'associato ha reso nei confronti di chi gli ha commissionato il lavoro, e perciò del committente e non della capogruppo. Tali prassi peraltro gonfierebbe impropriamente la cifra d'affari della capogruppo e il doppio giro di fatturazione darebbe la possibilità sia all'associato che alla capogruppo di documentare la medesima parte di lavoro ai fini di conseguire una doppia qualificazione SOA.*

*Non è nemmeno attuabile lo schema di imputare una quota percentuale per fattoria a ciascuna associato per quanto attiene bolle di consegna, fatture e pagamenti, anche laddove sussista la materiale impossibilità di frazionare la esecuzione dei lavori. In tale caso il legislatore ha appositamente previsto la possibilità di dar vita ad un unico centro di imputazione di costi e ricavi mediante la costituzione di un'apposita società operativa, esplicitata nel successivo capitolo .*

*In conclusione per quanto riguarda i pagamenti lo schema è il seguente:*

- la capogruppo firma i documenti contabili di tutto il lavoro e provvede ad esplicitare le eventuali riserve anche per i lavori eseguiti dalle associate;
- ogni impresa associata predispone nei confronti del soggetto committente la fattura per le opere eseguite e contabilizzate nello specifico S.A.L.;

*- il committente a fronte di ogni S.A.L. emette un unico mandato di pagamento per un importo pari alla somma delle fatture emesse da ogni associato e ricevute dalla capogruppo:*

*- la somma del mandato viene riscossa dal legale rappresentante della capogruppo;*

*- il legale rappresentante della capogruppo suddivide il corrispettivo pro quota ad ogni associato corrispondente all'importo fatturato.*

*In sostanza anche il codice degli appalti conferma il fatto che la Mandante non può fatturare alla Mandataria. Ognuno fattura la propria quota alla Stazione Appaltante e la stessa ha la facoltà di predisporre un unico mandato di pagamento in favore della Mandataria.*

#### **CHIARIMENTO 4**

Atteso che gli atti di gara prevedono solo una prestazione principale senza indicare una prestazione secondaria, che non è ammessa la partecipazione di Raggruppamenti Temporanei Verticali, che la fornitura deve avvenire chiavi in mano e che il pagamento della prestazione si sostanzia in un canone trimestrale posticipato indivisibile, si conferma il contenuto dell'art. 16 del capitolato speciale.

**Quesito n. 5 :**

*Con riferimento al punto 15.3.1 si chiede di confermare che la seguente dizione “in caso di pubblicazione dei prezzi di riferimento da parte dell’Anac inserire – ivi compresi i prezzi di riferimento pubblicati dall’Anac” è un refuso.*

**CHIARIMENTO 5**

Trattasi di refuso.

**Quesito n. 6 :**

*Con riferimento all’art. 7.2 lettera b e 7.3 si chiede di confermare che il fatturato medio annuo e la esecuzione di una fornitura , nel settore di attività oggetto della gara, possa intendersi riferita alla sola “mera fornitura “ e non alla “fornitura in noleggio”.*

**CHIARIMENTO 6**

I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 7.2 richiesti, consistono nel possesso di:

-un fatturato globale medio annuo degli ultimi tre esercizi finanziari non inferiore ad € 656.500,00 iva esclusa (lett. b)

-un fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto **per forniture in noleggio** di apparecchiature per imagingografia riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari non inferiore ad € 437.500,00 iva esclusa (lett. c).

I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 7.3 richiesti, consistono nella esecuzione negli ultimi tre anni di una fornitura in noleggio operativo “chiavi in mano” di apparecchiature per imagingografia a risonanza magnetica di importo non inferiore ad € 1.312.500,00 (lett. d).

**Quesito n. 7 :**

*In seguito al sopralluogo tecnico, è stato riscontrato che l’area oggetto di intervento risulta difforme rispetto a quanto indicato nella planimetria allegata alla documentazione di gara (Allegato 8). Si chiede pertanto di confermare se l’area oggetto di intervento è quella effettivamente riscontrata nel corso del sopralluogo e che comprende tra l’altro: il corridoio, l’area accettazione, il locale tecnico, due servizi e l’area cortilizia nella quale sono installati gli impianti, e la cabina elettrica dalla quale dovrà essere previsto lo stacco della nuova linea di alimentazione nel reparto (qualora necessaria)*

**CHIARIMENTO 7**

**La cabina di alimentazione è la cabina A.**

**Quesito n. 8 :**

*Si richiede cortesemente di confermare se, nell’area controllata del sito oggetto di intervento, sono da prevedere studi medici in numero superiore a quelli minimi richiesti dalla normativa vigente per i siti di RMN.*

**CHIARIMENTO 8**

**Si conferma che nell’area controllata devono essere previsti studi medici per**

**L’elaborazione dei casi clinici, oltre all’area di comandi e refertazione. In particolare si ritiene necessario per una migliore gestione dell’attività di almeno due studi medici di refertazione di cui uno all’interno della zona controllata e l’altro all’esterno, oltre all’aria di comando e refertazione.**

**Quesito n. 9 :**

*Impianto Gas Medicali: si chiede di confermare la necessità di mantenere la disponibilità di Aria compressa, Ossigeno e Vuoto nel Reparto RMN sulla base di quanto attualmente in esercizio e si prega di indicare il quadro di derivazione, in planimetria, da cui distaccare il nuovo impianto.*

**CHIARIMENTO 9**

**Si conferma.**

**Quesito n. 10 :**

*Ai fini della normativa vigente ed al fine dell’ottenimento delle autorizzazioni previste dei WFF: si richiedi indicare se l’area di intervento è già stata autorizzata/ o valutata ai fini del progetto antincendio e, qualora disponibile, si chiede di disporre dei relativi elaborati di progetto al fine di rispettare le relative specifiche.*

CHIARIMENTO 10

**L'Asrem ha aderito alla normativa di cui al DM 19/03/2015 e che la pratica relativa di valutazione del progetto è ad oggi in fase di istruttoria da parte dei VV. FF.**

**Quesito n. 11 :**

*Relativamente alla alimentazione elettrica ed alla disponibilità di potenza sufficiente all' alimentazione del reparto: durante il sopralluogo si è visionato il locale quadri/cabina dal quale partono le attuali linee di alimentazione elettrica.*

*Si chiede di confermare la disponibilità di spazio nelle sezioni degli attuali Quadri (Rete +*

*Gruppo Elettrogeno) per l'installazione di protezioni da 250 A, indicando se l'onere di fornitura e installazione di detto interruttore deve essere a carico della ditta concorrente; in tal caso si chiede di indicare il relativo importo.*

#### CHIARIMENTO 11

**Si conferma che nei quadri di alimentazione Rete e Gruppo Elettrogeno esistono gli spazi disponibili per installare protezioni da 250 A.**

#### **Quesito n.12 :**

*Si chiede di confermare la sezione delle linee di alimentazione elettrica del sistema RMN e del CDZ in partenza dalla cabina con arrivo nel locale tecnico RMN e confermando il percorso dell'attuale linea, se unica (ovvero delle linee se più di una) per il passaggio cavi già predisposta a servizio del reparto dalla cabina al locale tecnico RMN (stimato in circa 75m)*

#### CHIARIMENTO 12

**Si conferma che la linea di alimentazione elettrica attualmente in essere è unica per il sistema RSM e CDZ ed il cavo è 3,5 x 35.**

#### **Quesito n. 13 :**

*Dovendo altresì prevedere prese di alimentazione sotto trasformatore di isolamento: si chiede se presente disponibilità di alimentazione di continuità e se è garantita un'autonomia pari ad almeno 60minuti.*

#### CHIARIMENTO 13

**Esiste la disponibilità di alimentazione di continuità per 60 minuti ma manca la linea dal reparto alla cabina.**

#### **Quesito n. 14 :**

*Relativamente agli aspetti di Radioprotezione: ai sensi della normativa in vigore si chiede di prendere visione della Relazione del Fisico Esperto Responsabile relativa alla risonanza attualmente in uso presso il Reparto e alla risonanza di prossima installazione, se disponibile, ovvero, in questo ultimo caso, se occorre prevedere nella documentazione tecnica a corredo dell'offerta di gara anche la presentazione della relazione dell'Esperto Responsabile.*

#### CHIARIMENTO 14

**La relazione verrà redatta ad avvenuta installazione della nuova RMN da parte dell'Esperto Responsabile dell'Asrem.**

#### **Quesito n. 15 :**

*Relativamente alla manutenzione degli impianti: non avendo trovato alcun riscontro in merito nella documentazione concorsuale, si chiede di confermare che gli oneri relativi alla manutenzione degli impianti previsti nell'ambito dell'adeguamento del sito per la fornitura della nuova RMN non saranno a carico della ditta aggiudicataria.*

*In caso ciò fosse a carico della ditta aggiudicataria, si chiede di integrare la somma prevista a base di gara.*

#### CHIARIMENTO 15

**Si conferma che tali oneri sono a carico dell'Asrem.**

#### **Quesito n. 16 :**

*Rispetto delle indicazioni fornite per gli impianti speciali (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: climatizzazione, aerazione, evacuazione gas criogeni, rivelazione ossigeno, spegnimento del campo magnetico, canalizzazione per il gas He da utilizzare in fase di rabbocco) si chiede se anche tali attività devono essere ricomprese all'interno dell'importo posto a base d'asta.*

#### CHIARIMENTO 16

**Si conferma.**

#### **Quesito n. 17 :**

*Si chiede di confermare che la manutenzione preventiva dovrà comprendere le procedure periodiche di verifica, controllo, messa a punto, sostituzione parti di ricambio e parti soggette ad usura ed eventuale adeguamento e riconduzione dell'apparecchiatura risultante non conforme, così come le verifiche di rispondenza alle norme per la sicurezza elettrica, generali e particolari, da eseguirsi a seguito degli interventi di manutenzione preventiva/correttiva e comunque almeno una volta all'anno e gli eventuali interventi di rimessa anorma.*

#### CHIARIMENTO 17

**Si conferma quanto specificatamente riportato nella richiesta di chiarimenti.**

#### **Quesito n. 18 :**

*Si chiede di indicare i limiti di fornitura primari, i relativi impianti ed i relativi dati di potenza, portata ecc. a carico dell'Ente, da cui si dovrà procedere con la progettazione impiantistica per assicurare l'installazione corretta del nuovo sistema RMN.*

#### CHIARIMENTO 18

**La cabina A è alimentata da due trasformatori da 800 KVA ciascuno.**

#### **Quesito n. 19 :**

*Al fine di una completa valutazione delle attività, delle opere propedeutiche alla installazione del sistema RMN e della adozione delle relative misure atte a garantire la sicurezza: si chiede di indicare le aree confinanti con il sito oggetto di intervento, ove per confini si intendono le estensioni dell'edificio in tutte le relative dimensioni e tutte le parti limitrofe con la relativa destinazione d'uso.*

#### CHIARIMENTO 19

**Si allega disegno.**

#### **Quesito n. 20 :**

*Relativamente all'Unità Mobile RMN: si richiede la planimetria del percorso di accesso e dell'area di posizionamento finale.*

#### CHIARIMENTO 20

**Ad oggi l'area non è stata ancora individuata.**

**Quesito n. 21 :**

*Relativamente all'Unità Mobile RMN: si richiede se la strada di accesso e l'area di posizionamento finale sono adeguate al carico dell'unità mobile (circa 30T rimorchio, circa 8T motrice, per un peso complessivo pari a circa 381). In particolare, si richiede se l'area di posizionamento dell'unità mobile RMN è su terrapieno o se sono presenti piani interrati o canalisotterranei.*

**CHIARIMENTO 21**

**Le strade di accesso e l'area di posizionamento è adeguata al peso indicato di 38 ton. e il punto di posizionamento è sul terrapieno.**

**Quesito n. 22 :**

*Relativamente all'Unità Mobile RMN: si chiede di confermare la disponibilità della linea di alimentazione elettrica per il mezzo mobile attraverso il collegamento dal quadro attualmente presente all'esterno dell'edificio ospedaliero dotato delle seguenti caratteristiche tecniche: 400 V, 125 A, 3 fasi + N + T, Potenza di picco 70 KW, Potenza a regime 40KW.*

**CHIARIMENTO 22**

**Si conferma la disponibilità del quadro di alimentazione già presente con le caratteristiche riscontrate di 400 V, 125 A, 3 fasi+N+T.**

**Quesito n. 23 :**

*Si prega di confermare che durante l'utilizzo della RMN mobile le situazioni di emergenza clinica saranno sempre gestite direttamente all'interno dei locali della struttura ospedaliera da V.s. personale sanitario e non sull'Unità Mobile RMN.*

**CHIARIMENTO 23**

**Si conferma quanto specificatamente riportato nella richiesta di chiarimento. In particolare il Paziente verrà gestito all'interno del presidio ospedaliero e successivamente condotto sul mezzo mobile per tutti gli esami necessari.**

**Quesito n. 24 :**

*Preso atto che all'Art. 3 del Capitolato Speciale sono previste delle opere per l'approntamento della risonanza mobile RMN da posizionare esternamente durante l'esecuzione dei lavori: si chiede la disponibilità di utilizzare l'area "CB-SB-PO-S47" posta al piano 0 e attualmente utilizzata dal servizio di screening mammografico, al fine di poter garantire il migliore accesso dei pazienti ricoverati al mezzo mobile RMN che sarà collegato nelle immediate vicinanze.*

**CHIARIMENTO 24**

**Camera disponibile.**

**Quesito n. 25 :**

*In fase di sopralluogo si è ipotizzato di aprire un varco in corrispondenza del locale denominato °CB-SB-PO-S4 7" in modo da realizzare un accesso diretto all'unità mobile RMN. Dato che il locale non era accessibile, si richiede:*

- *La planimetria di questa porzione di edificio.*
- *La conferma della presenza di eventuali impianti che possano impedire o rendere difficoltoso l'apertura del varco stesso (come ad esempio caloriferi posizionati sotto la finestra).*
- *Confermare la presenza di prese di rete e prese telefoniche, per il collegamento con l'Unità Mobile RMN.*

**CHIARIMENTO 25**

**Esiste un calorifero sotto la finestra e sono presenti prese elettriche e telefoniche.**

**Quesito n. 26 :**

*Relativamente alla nuova RMN fissa: si richiede la planimetria esterna per individuare il percorso di accesso.*

**CHIARIMENTO 26**

**In relazione all'ingombro dell'apparecchiatura e del mezzo di trasporto verrà individuato il percorso adeguato ad avvenuta aggiudicazione.**

**Quesito n. 27 :**

*Relativamente alla nuova RMN fissa: si richiede la portata del solaio della struttura sulla quale dovrà transitare il magnete prima del trasporto finale nel reparto (il solaio su cui sono attualmente installate le unità di trattamento ariaria).*

**CHIARIMENTO 27**

**Non si conosce la portata del solaio, ma sarà onere della ditta aggiudicataria provvedere alla verifica prima dell'inizio dei lavori.**

**Quesito n. 28 :**

*Siccome il capitolato prevede che solamente la Ditta Aggiudicataria, successivamente, dovrà redigere il progetto esecutivo, si chiede di confermare che il livello di progettazione richiesto dalla stazione appaltante all'atto della presentazione dell'offerta sia da considerare come progettazione definitiva e, in ogni caso, si chiede quali sono i documenti tecnici e progettuali relativi all'intervento edile ed impiantistico da prevedere in sede di offerta.*

**CHIARIMENTO 28**

**Si conferma la presentazione nell'offerta del progetto definitivo redatto secondo le disposizioni normative vigenti.**

**Quesito n. 29 :**

*All'art. 4 del Capitolato Speciale si legge: La Ditta Aggiudicataria, successivamente, dovrà redigere il progetto esecutivo, corredato dal PSC e sottoposto all'Approvazione dell'Ufficio Tecnico, di concerto con il Direttore della UOC Radiologia del P.O. Cardare/li[...]. Per*

*tale*

*operazione, oltre che per la direzione dei lavori e per la nomina del Responsabile della sicurezza sui cantieri cui nomine sono a carico de/l'ASREM, l'Azienda Sanitaria Regionale del Molise riconoscerà alla ditta aggiudicatrice un importo forfettario di € 50000,00 oltre IVA come per legge.*

*Quesito: Si chiede se corretto considerare il suddetto importo di € 50.000,00 oltre IVA non compreso nella base d'asta.*

**CHIARIMENTO 29**

**Si conferma.**

**Quesito n. 30 :**

*All'art. 4 del Capitolato Speciale si legge: La Ditta Aggiudicataria, successivamente, dovrà redigere il progetto esecutivo, corredato dal PSC e sottoposto all'Approvazione de/l'Ufficio Tecnico, di concerto con il Direttore della UOC Radiologia del P.O. Cardare/li[ ... ] Per tale operazione, oltre che per la direzione dei lavori e per la nomina del Responsabile della sicurezza sui cantieri, le cui nomine sono a carico dell'ASREM, l'Azienda Sanitaria Regionale del Molise riconoscerà alla ditta aggiudicatrice un importo forfettario di € 50.000,00 oltre IVA come per legge.*

*Quesito: si chiede di chiarire se le suddette figure del Direttore Lavori e del Responsabile della sicurezza sui cantieri saranno nominate dall'ASREM dietro proposta del RUP, ovvero a seguito della presentazione, da parte dell'aggiudicataria, di una terna di nominativi per ciascuna delle figure.*

**CHIARIMENTO 30**

**Già risposto con i precedenti chiarimenti.**

**Quesito n. 31:**

*La RMN dovrà essere consegnata "chiavi in mano" ed dotata di tutti gli accessori e dispositivi*

*necessari per il rispetto delle norme vigenti senza alcun onere aggiuntivo rispetto a quanto previsto in offerta: avendo visto nel corso del sopralluogo alcuni sistemi ancillari di recente produzione già in uso, si chiede se tali dispositivi potranno essere ancora utilizzati dalla Vostra struttura Ospedaliera, e pertanto non oggetto di nuova fornitura nell'ambito della presente gara, ma prevedendo comunque la sola manutenzione ed assistenza tecnica a carico dell'aggiudicatario.*

**CHIARIMENTO 31**

**Si conferma che la RMN dovrà essere consegnata "chiavi in mano" ovvero per tutta l'area oggetto di interesse e rilevata nel corso del sopralluogo dovranno essere previste di nuova fornitura tutte le opere impiantistiche, edili, elettriche, idrauliche propedeutiche alla installazione e funzionamento della RMN, nonché i servizi indispensabili alla perfetta funzionalità operativa dell'intero reparto RMN. Nessun riutilizzo di impianti o dispositivi esistenti a corredo dell'attuale RMN installata è possibile. Il tutto in rispondenza a tutte le normative vigenti in merito.**

**Quesito n. 32 :**

*Con riferimento all'Art. 2 del Capitolato Speciale: si richiede conferma che con la dicitura "workstation di refertazione" si intende la seconda Workstation di post elaborazione RMN richiesta all'Art. 6, punto 7 (sistema server di visualizzazione ed elaborazione) del Capitolato Speciale.*

#### CHIARIMENTO 32

**Si conferma che con la dicitura "Workstation di refertazione" si intende la seconda consolle di post-elaborazione per tutte le necessità evidenziate nel capitolato tecnico, che sia tipo "client-server" e permetta una consistente archiviazione temporanea dei casi clinici.**

#### **Quesito n. 33 :**

*Con riferimento all'art. 5 del Capitolato Speciale, ove si specifica che "la documentazione dovrà essere prodotta in lingua italiana": si chiede conferma che potranno essere inseriti nella documentazione tecnica di gara anche documentazione non in lingua italiana, ed in particolare per le certificazioni delle apparecchiature emesse da enti certicatori stranieri.*

#### CHIARIMENTO 33

**Già risposto con i precedenti chiarimenti.**

#### **Quesito n. 34 :**

*Con riferimento all'art. 4 del disciplinare di gara: si prega di chiarire se gli oneri per la sicurezza per rischi da interferenze, pari a Euro 20.000 Iva esclusa e non soggetti a ribasso., sono inclusi oppure esclusi dall'importo a base d'asta, data l'incongruenza riscontrata nei tre capoversi del paragrafo in oggetto.*

#### CHIARIMENTO 34

**Risposta: Sono inclusi nella base d'asta ma non sono soggetti a ribasso.**

#### **Quesito n. 35 :**

*Premesso che l'appalto comprende le seguenti prestazioni:*

*o 1. La fornitura a noleggio per un periodo di anni otto (8), posa in opera e l'installazione della RM.*

*o 2. Lavori edili e distributivi degli spazi dell'intero reparto Risonanza Magnetica (come da planimetria allegata), nonché lavori impiantistici - secondo la normativa in vigore sempre dell'intero reparto di cui in planimetria, nonché quelli indispensabili e propedeutici per l'installazione della nuova apparecchiatura, secondo quanto previsto*

*dalla normativa in vigore e dalle specifiche di funzionamento dell'apparecchiatura proposta.*

- o 3. Adeguamento Gabbia di Faraday esistente ovvero sostituzione della stessa, messa a punto e collaudo sono a totale carico della Ditta aggiudicataria.*
- o 4. Lo smontaggio, alienazione ed il corretto smaltimento dell'attrezzatura esistente, secondo normativa vigente.*
- o 5. L'approntamento di una risonanza magnetica mobile da posizionare esternamente durante l'esecuzione dei lavori, con il supporto di tecnici per la formazione del personale dipendente ASREM per almeno due settimane.*
- o 6. Esecuzione e direzione dei lavori per la realizzazione delle opere per l'approntamento della RM.*
- o 7. Assistenza full-risk per tutto il periodo contrattuale (otto anni) e di tutto quanto necessario al regolare funzionamento.*

*Visto che il capitolato di gara considera l'appalto unitario, non distinguendo tra attività principale e attività secondarie, chiediamo la possibilità di poter considerare le attività di cui al precedente punto 21.1 "Lavori edili e lavori impiantistici" quali attività secondarie.*

*Ciò al fine di permettere l'eventuale partecipazione delle Ditte nella forma dell'RTI verticale ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016, il quale disciplina i raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale e di tipo verticale, precisando che: nell'ambito dei servizi e delle forniture si ha raggruppamento orizzontale quando gli operatori economici che lo compongono eseguono il medesimo tipo di prestazione, mentre il raggruppamento si definisce di tipo verticale quando il mandatario esegue le prestazioni indicate come principali mentre i mandanti quelle indicate come secondarie.*

*Si evidenzia altresì che l'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 48 precisa inoltre che, nel caso di raggruppamenti verticali, "le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie".*

#### CHIARIMENTO 35

**Già risposto con i precedenti chiarimenti.**

#### Quesito n. 36 :

*Con riferimento ai lavori edili ed impiantistici di cui all'art. 3, punto 2) del Capitolato Speciale: **si chiede di chiarire di quali categorie SOA** dovrà/dovranno essere in possesso la/ditta/e esecutrice/i dei lavori, considerando che tra i requisiti richiesti dalla documentazione di gara non viene fatto alcun riferimento in merito.*

#### CHIARIMENTO 36

**La ditta dovrà essere in possesso delle SOA relative ai lavori edili ed impiantistici così come previste dalla normativa vigente.**

#### Quesito n. 37 :

*Con riferimento al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI allegato 6 di gara): a pagina 4 viene riportato che "la Ditta dovrà trasmettere tutte le osservazioni ed integrazioni al presente documento dopo aver effettuato il sopralluogo e dopo aver preso atto delle situazioni operative presenti in ciascun contesto di rischio".*

*Si prega di confermare che per il termine "1 sopralluogo" sopra indicato si intende quello da effettuare in seguito all'eventuale aggiudicazione dell'appalto e non il sopralluogo tecnico obbligatorio richiesto in fase di preparazione dell'offerta di gara (rif. articolo 11 Disciplinare di Gara).*

#### CHIARIMENTO 37

**Si conferma.**

#### Quesito n. 38 :

*con riferimento all'art. 7.2.a del Disciplinare si segnala che la frase relativa al primo degli strumenti di comprova proposti sembra essere troncata "dei bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa, se trattasi di società di capitali mediante". Si chiede di completarla, se necessario, o di precisare se la parola "mediante" debba essere considerata un refuso.*

#### CHIARIMENTO 38

Trattasi di refuso.

#### Quesito n. 39:

*con riferimento agli artt. 7.2.b e 7.3.a del Disciplinare si chiede di confermare che l'oggetto dell'appalto debba essere considerata la fornitura di apparecchiature per immaginografia, indipendentemente dalle modalità di acquisizione (noleggio o acquisto).*

#### CHIARIMENTO 39

Si conferma

**Quesito n. 40:**

*con riferimento all'art. 7.3.a del Disciplinare, si chiede di confermare che per la comprova dei requisiti di capacità tecnica professionale, al posto dei certificati di buona esecuzione, sia possibile produrre le fatture relative alle forniture indicate. Infatti, in base al principio della decertificazione, la maggior parte delle pubbliche amministrazioni non rilascia certificati attestanti la buona esecuzione delle forniture e, anche nel caso in cui lo faccia, il documento reca la dicitura che non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione. Limitare al solo certificato la comprova del requisito di capacità tecnica professionale creerebbe notevoli ostacoli nella scelta delle forniture con conseguente eccessiva onerosità dell'attività di comprova.*

**CHIARIMENTO 40**

Si conferma quanto richiesto all'art. 7.3 a del disciplinare, consentendo in alternativa la produzione delle fatture relative alle forniture indicate.

**Quesito n. 41:**

*Con riferimento all'art. 7 del Capitolato Speciale, si rende necessario un chiarimento in ordine alla seguente previsione:*

*“Il fornitore sarà tenuto, altresì, durante il periodo contrattuale e a sue spese, al costante aggiornamento tecnologico dell'apparecchiatura offerta o alla sostituzione della stessa se non più adeguata alle attività dell'ASREM, fermo restando che non sia intervenuta nessuna variazione significativa di attività o di esigenze operative dei servizi.”*

*In primo luogo, si rappresenta che, all'evidenza, l'obbligo, a carico dell'impresa, di sostituzione non remunerata della macchina ogni volta la stessa non dovesse mostrarsi più rispondente alle esigenze di codesta Amministrazione, costituisce una condizione contrattuale aleatoria, a netto sfavore e pregiudizio del solo contraente privato debole e fonte di uno squilibrio sinallagmatico che ne comporta la nullità virtuale e assoluta. Quindi, è opportuno prendere atto che, in ogni caso, in sede di esecuzione, la stessa non potrebbe mai essere legittimamente applicata e ciò neanche sul presupposto di una accettazione integrale delle clausole di gara da parte della ditta, giacché tale previsione, ripetesi, è vessatoria e affetta da un vizio genetico, non superabile o sanabile in alcun modo e, anzi, rilevabile da un giudice in qualsiasi momento.*

*Peraltro, la natura vessatoria di tale previsione emerge ancora di più se si consideri che, laddove se ne dovesse tener conto (ipotesi meramente astratta), il concorrente mai potrebbe collegarvi un'offerta economica seria e consapevole, non potendosi prevedere, a monte, le future eventuali diverse esigenze che codesta Amministrazione potrebbe registrare in ben 8 anni di durata contrattuale. Tuttavia, è invece pacifico che la lex specialis debba recare condizioni precise e dettagliate per orientare le imprese a formulare offerte consapevoli e, appunto, remunerative.”*

*In ragione di ciò, si chiede conferma che l'obbligo sostitutivo della macchina ivi imposto sia stralciato dal Capitolato Speciale e/o comunque considerato tamquam non esset.*

*In caso contrario, tutto l'impianto di gara rischierebbe di patire un inammissibile vizio di indeterminazione, con delle conseguenze, proprio, in termini di sua legittimità.*

*In secondo luogo, si chiede di confermare che gli unici aggiornamenti richiesti nel periodo contrattuale di otto anni, senza aggravio di spesa, sono da intendersi relativi a tutti gli aggiornamenti, sia hardware che software, inerenti la sicurezza nell'utilizzo delle apparecchiature oggetto della presente fornitura che nel periodo contrattuale l'azienda fornitrice potrebbe rendere disponibili sul mercato. Si chiede di confermare che altri aggiornamenti non potranno essere richiesti dopo la consegna.*

**CHIARIMENTO 41**

Si conferma che gli unici aggiornamenti che saranno richiesti nel periodo contrattuale di otto anni, senza aggravio di spesa, sono da intendersi relativi a tutti gli aggiornamenti, sia hardware che software, inerenti la sicurezza nell'utilizzo dell'apparecchiatura oggetto della fornitura che nel periodo contrattuale l'azienda fornitrice potrebbe rendere disponibili sul mercato.

**Quesito n. 42 :**

*Con riferimento alle penali previste all'art. 12 del Capitolato speciale, si chiede conferma che, in applicazione della disciplina inderogabile in materia, le penali giornaliera e complessive saranno applicate nel rispetto dei limiti minimi e massimi di cui all'art. 113 bis co. 2 del D. Lgs. n. 50/16, ovvero secondo percentuali fra lo 0,3 per mille e l'1 per mille giornaliero del valore netto contrattuale e, comunque, non superiori al 10 per cento del valore netto contrattuale.*

#### CHIARIMENTO 42

Si conferma quanto previsto all'art.12 del capitolato speciale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 113 bis co. 2 del D. Lgs n. 50/2016.

#### **Quesito n. 43:**

*Con riferimento all'importo dell'IVA agevolata al 10% previsto dall'art. 4 del Disciplinare, si segnala come questa disposizione sia applicabile solo nel caso di forniture di beni e non per la prestazione di servizi. La presente procedura ha per oggetto un noleggio operativo che è un servizio poiché non vi è cessione della proprietà del bene. Si chiede, pertanto, di voler chiarire quale sia la percentuale di IVA che debba essere applicata.*

#### CHIARIMENTO 43

L'aliquota di Iva da applicare è del 22%.

#### **Quesito n. 44:**

*L'art. 4 del Disciplinare prevede l'opzione di riscatto il cui valore è fissato a € 2.000,00. La presenza del riscatto configurerebbe la procedura come leasing e non come noleggio. Si chiede, pertanto, di confermare la natura del contratto.*

#### CHIARIMENTO 44

Trattasi di noleggio.

#### **Quesito n. 45:**

*Rif. Art. 3 punto 5 si chiede di confermare che, l'appontamento di una risonanza magnetica mobile da posizionare esternamente durante l'esecuzione dei lavori, sia necessariamente della stessa marca produttrice offerta dall'azienda aggiudicataria e che conseguentemente il supporto di tecnici per la formazione del personale dipendente ASREM per almeno due settimane sia messo a disposizione dalla stessa ditta aggiudicataria. Con questa previsione infatti non si configurerebbe la fattispecie del subappalto ai sensi dell'art. 105 D.lgs 50/2016.*

*Si chiede a codesta amministrazione dia riscontro a tale chiarimento con le forme di pubblicità che ritiene più adeguate.*

#### CHIARIMENTO 45

I tecnici messi a disposizione dalla ditta aggiudicataria devono intendersi quali trainers per il personale dipendente.

#### **Quesito n. 46:**

*Si chiede di confermare come indicato dai vostri funzionari tecnici durante il sopralluogo, che l'area di intervento, oltre a tutti i locali riportati nella planimetria allegata al capitolato, comprende anche il locale tecnico, il wc, l'accettazione/segreteria e il corridoio.*

#### CHIARIMENTO 46

Si conferma.

#### **Quesito n. 47:**

*Si chiede cortesemente di mettere a disposizione una sezione relativa all'area di intervento, in particolare in prossimità della sala RM;*

#### CHIARIMENTO 47

Sarà eventualmente messa a disposizione all'atto dell'aggiudicazione.

**Quesito n. 48:**

*Si chiede cortesemente di mettere a disposizione una planimetria generale (possibilmente file DWG) che comprenda anche le aree esterne al fine di poter valutare il corretto posizionamento del mezzo mobile.*

## CHIARIMENTO 48

Ad oggi l'area non è stata ancora individuata.

**Quesito n. 49:**

*Al fine di una corretta valutazione si chiede di conoscere quali sono le richieste di contenimento del campo magnetico da parte del vostro Esperto Qualificato:*

## CHIARIMENTO 49

Per quanto concerne il contenimento del campo magnetico, le linee isomagnetiche a 5 Gauss sia sul piano orizzontale che sul piano verticale fino al valore di 5 Gauss (0.5 mT) debbono essere contenute all'interno della sala magnete: questo ovviamente va ottenuto mediante delle idonee lastre magnetiche ad integrazione della gabbia di Faraday. Si allegano le sezioni precedenti con le linee isomagnetiche. Al di sopra della sala magnete, fuori dalle linee isomagnetiche vi è un bar che comunque non è interessato dal campo magnetico.

**Quesito n. 50:**

*Si chiede conferma della disponibilità nella Sottostazione elettrica di interruttore di potenza di almeno 100 KVA.*

## CHIARIMENTO 50

Esiste lo spazio per l'inserimento di un interruttore da 100KVA.

**Quesito n. 51:**

*All'Art. 4, pag. 5 e 6 del Capitolato Speciale è indicato che " la ditta aggiudicata dovrà redigere il progetto esecutivo corredato da PSC...; per tale operazione, oltre alla Direzione lavori e per la nomina del Responsabile della sicurezza sui cantieri, le cui nomine sono a carico dell'ASREM, l'Azienda Sanitaria Regionale del Molise riconoscerà alla ditta aggiudicatrice un importo forfettario di 50.000,00 euro+IVA"; a tal proposito si chiede di conoscere:*

- *Se tale cifra è compresa nell'importo a base di gara oppure è da aggiungere alla base d'asta*
- *Se tale cifra comprende: progettazione esecutiva, Direzione lavori, coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione.*

## CHIARIMENTO 51

L'importo forfettario di € 50.000,00 non è compreso nella base d'asta e comprende progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione.

**Quesito n. 52:**

*All'art. 4 del disciplinare non è chiaro l'importo a base di gara in quanto riporta Primo capoverso:*

*"l'importo a base di gara di € 3.500.000,00 oneri per la sicurezza per rischi da interferenze esclusi "  
Secondo capoverso.'*

*gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze, ricompre si nel menzionato importo a "base di gara (€ 3.500.000,00) sono pari a € 20.000,00,Iva esclusa...."*

*Terzo capoverso:*

*"il valore massimo stimato comprensivo dell'opzione di riscatto (il cui corrispettivo è fissato in €. 2.000,00) è pari a €.  
3.502.000,00 Iva e oneri per la sicurezza esclusi....."*

*Si chiede pertanto di confermare quale sia l'importo a base d'asta comprensivo di €. 20.000,00 per oneri di sicurezza da interferenze e di €. 2.000,00 per opzione di riscatto, escluso Iva.*

#### CHIARIMENTO 52

L'importo a base d'asta è di € 3.500.000,00 comprensivo di € 20.000,00 per rischi da interferenza non soggetti a ribasso. L'importo di € 2.000,00 non è compreso nella base d'asta ma riguarda la quota relativa all'eventuale riscatto alla fine del periodo di noleggio.