



NB. PER L'INTRODUZIONE E TRASPORTO DEL MAGNETE PREASSEMBLATI
LE APERTURE NECESSARIE SONO LE SEGUENTI:

- APERTURA NELLA GABBIA RF 1850X2500(H)mm
- CORRIDOIO 2000X2500(H)mm
- BOTOLA PER INTRODUZIONE DAL SOFFITTO 2000X2500mm

CON LO SMONTAGGIO DI ALCUNE PARTI L'ALTEZZA PUO' ESSERE RIDOTTA

—[TP
NB. PREVEDERE UNA LINEA TELEFONICA PER REMOTE SERVICE CON LE
CARATTERISTICHE (DA POSIZIONARE VICINO ALLA CONSOLE DI CONTROLLO